

Materiale	32095.297
Descrizione del materiale	Soluzione tampone pH 4
Grado	AVS TITRINORM (Reagent traceable to SRM from NIST)

Caratteristiche	Specifiche
pH (20°C) (valore reale $\pm 0,02$)	3,98 --> 4,02
Incertezza di misura	± 0.02 (k=2; 95 %)
EN/ISO 17025:2005	Accredited laboratory
NIST tracciabile	Confirmed
Condizioni di stoccaggio (2°C a 25°C)	cf. Codex 37

Firma

Certifichiamo che il lotto è conforme a le specifiche descritte sopra.

Questo documento è stato prodotto elettronicamente ed è valido senza firma

Wendy Mathues, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bvba; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

